



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa przedsiębiorstwa	Firma Usługowo Doradcza Panorama Design Emilia Wojciechowska
NIP	8741612261
Adres siedziby	Bładowo 1b 89 /500
Nr wniosku o powierzenie grantu	1/FWI-C19/2020/152

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

<p>1. Opis przedmiotu zamówienia</p> <p>D-ACTOR® to najnowsze urządzenie szwajcarskiej firmy Storz Medical wykorzystujące technologię fali akustycznej (RSW) w zabiegach medycyny estetycznej i fizjoterapii. Fala akustyczna stymuluje mechanicznie tkanki, poprawia metabolizm komórkowy oraz stymuluje powstawanie nowych naczyń krwionośnych.</p> <p>Najważniejsze parametry urządzenia: Głowica R-SW 1-21 Hz; 0,3-5 Bar Głowica V-actor 1-35 Hz; 1-5 Bar</p> <p>W skład urządzenia wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Urządzenie D-actor 100- Głowica R-SW- Aplikator D-20S- Aplikator 15T- Aplikator F15- Głowica V-actor- Aplikator duży do głowicy V-actor- Aplikator mały do głowicy V-actor- Uchwyt na głowicę R-SW- Uchwyt na głowicę V-actor- Stojak na tableť- Tableť- Wózek do urządzenia- Szczotka do czyszczenia kaniuli- Kaniula- Nabój- Klucz płaski 22- Klucz imbus 2,5- Komplet uszczelek- Przewód sieciowy
--

<ul style="list-style-type: none"> - Instrukcja obsługi operatora głowicy R-SW - Instrukcja obsługi operatora głowicy V-actor - Instrukcja obsługi operatora D-actor 100 - Żel zabiegowy - Paszport techniczny
<p>2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe</p>
<p>3. Kryteria oceny oferty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parametry techniczne 2. Możliwość regulacji parametrów co 0,1 bara w głowicy R-SW 3. Rodzaje transponderów (D-20S; 15T, F15) 4. Tablet do urządzenia 5. Wózek 6. Cena
<p>4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parametry techniczne – 60% 2. Możliwość regulacji parametrów co 0,1 bara w głowicy R-SW – 10% 3. Rodzaje transponderów (D-20S; 15T, F15) – 15% 4. Tablet do urządzenia 5% 5. Wózek – 2% 6. Cena- 8%
<p>5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty</p> <p>jw</p>
<p>6. Termin składania ofert</p> <p>Do 20 sierpnia 2020r</p>
<p>7. Miejsce i sposób składania ofert</p> <p>Adres e-miał : emilia.wojciechowska@lewiatan.pl</p>

8. Termin realizacji umowy
Sierpień 2020r
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Emilia Wojciechowska
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Nie
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Nie